



Megaron S.A.
ul Pyrzycka 3e,f
70*892 Szczecin

Szczecin 28.08.2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia są wanny laboratoryjne z termostatem (2 sztuki) - Zadanie 3 Wydatek 2 w ramach projektu pn. Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.

Przedmiotem zamówienia są:

Wanny laboratoryjne z termostatem (2 sztuki)

- Temperaturowy zakres pracy minimum: od temperatury otoczenia – +95°C
- Dokładność temperatury: nie gorsza niż: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Wanna wyposażona w cyfrowy termostat z elektrycznym mieszadłem do ciągłej cyrkulacji wody
- Precyzyjny regulator temperatury typu PID lub równoważny
- Czujnik temperatury PT 100 ze stali nierdzewnej lub równoważny
- Pojemność całkowita nie gorsza niż: 60 litrów
- Głębokość całkowita nie większa niż: 170 mm
- Wanna oraz obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- Zawór spustu wody na ścianie urządzenia
- Timer: praca ciągła lub nastawna
- Wanny wyposażone w pokrywę zapobiegającą parowaniu wody
- Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem przy zbyt niskim poziomie wody
- Elektroniczne zabezpieczenie modułu sterującego przed przegrzaniem
- Zasilanie 230V, 50Hz

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: **11 356 zł.**

Ustalenia wartości zamówienia dokonywano w 2018r. na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.:notatki służbowe, oraz oferty handlowe, oferty ze stron www.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 16.08.2018 na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl

Do upływu terminu składania ofert, tj. 23.08.2018 godz. 23:59:59 złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1	Multiserw-Morek	22.08.2018
2	Merazet S.A.	23.08.2018
3	ToRoPol Sp. zo.o	23.08.2018

Złożone oferty stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.



Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Zgodność oferty z zapytaniem (TAK/NIE)	Spełnienie przez wykonawcę dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (TAK/NIE)	Oferta cenowa PLN
1	Multiserw-Morek	NIE	TAK	TAK	6 336,00
2	Merazet S.A.	TAK	TAK	TAK	10 000,00
3	ToRoPol Sp. zo.o	TAK	TAK	TAK	8 400,00

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

ToRoPol Sp. zo.o
ul. Czarna Droga 29
03-620 Warszawa, Polska

za cenę **8 400 zł netto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Firmy Merazet S.A. nie została wybrana z powodu wyższej ceny za oferowany sprzęt w porównaniu z Firmą ToRoPol Sp. zo.o, która zaoferowała zdecydowanie niższą cenę.

Oferta Firmy Multiserw-Morek została odrzucona z powodów formalnych oraz z powodu niezgodności oferty z zapytaniem.

Postępowanie prowadził: Lidia Białończyk

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

Szczecin 28.08.2018

ZATWIERDZAM

MEGARON S.A.
Przes Zarządu

Piotr Sikora

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju

Wróblewska
Róża Woźniak-Wróblewska