



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Megaron S.A.
ul. Pyrzycka 3 e,f



70-892 Szczecin
tel. +48 91 4664 540

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. realizacji projektu

Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.

realizowanego w ramach RPO WZ, działanie 1.2 *Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw.*

Megaron S.A. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu na zakup:

Połyskomierza (Zadanie 2 Wydatek 1 ww. projektu)

Urządzenia do badań szorowalności (Zadanie 2 Wydatek 2 ww. projektu)

zgodnego z opisem zawartym w części „Opis przedmiotu zamówienia”.

Termin związania z ofertą upływa po 15 dniach licząc od terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres: megaron@megaron.com.pl nie później niż

do dnia 15.07.2017 godz. 12:00:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2017

Kolejne części niniejszego zapytania ofertowego zawierają oprócz opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny oferty i informację o ich stosowaniu, a także szczegółowe warunki wykluczenia.

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju
Woblenka
Róża Woźniak-Wróblewska

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

Połyskomierz - Aparatura potrzebna do określenia połysku zwierciadlanego farb zewnętrznych oraz wewnętrznych zgodnie z normą PN-EN ISO 2813:2001

Urządzenie powinno zapewniać:

- 1 niezależny symultaniczny pomiar dla jednego, dwóch lub trzech kątów
- 2 pomiar wszystkich rodzajów warstw i powierzchni takich jak farby, lakiery, tusze drukarskie, materiały dekoracyjne typu: marmur, granit, cegła polerowana, dachówka ceramiczna itp.
- 3 pomiar na powierzchniach metalicznych i niemetalicznych i obiektach takich jak plastik, tworzywa sztuczne, wyroby drewniane, papier, itp.
- 4 Zgodny z normami: DIN 67530, ISO2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, JIS Z8741, BS 3900, BS 6161
- 5 Automatyczną kalibrację
- 6 Symultaniczne wyświetlanie dla kątów: 20°, 60°, 85°
- 7 Pamięć wyników do minimum 10000 pomiarów lub 999 grup pomiarowych
- 8 Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
- 9 Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0 - 199.9 – 2000.0 GU
- 10 Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 GU
- 11 Powierzchnia pomiarowa dla poszczególnych kątów nie mniejsza niż 9x10mm, 9x16mm, 5x39mm

Dostawa powinna zawierać:

Urządzenie główne przystosowane do pomiarów dla powierzchni błyszczących i matowych , kąty 20°, 60°, 85° z automatyczną kalibracją, wyświetlaczem i oprogramowaniem do obsługi danych, przesyłania informacji do jednostki komputera i okablowaniem.

Certyfikat CE i instrukcję obsługi w języku polskim

Urządzenie do badań szorowalności - Aparatura potrzebna do oceny odporności farb na szorowanie na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 11998:2002

Urządzenie powinno zapewniać:

- szybkie i łatwe ładowanie i rozładowywanie próbek testowych oraz wymianę głowicy ścierniej
- możliwość automatycznego zatrzymania po osiągnięciu ustawionych parametrów
- specyfikacja pędzla: szczotka z pędzlem nylonowym w układzie 5/4, rozciągająca się o 19 mm od bloku.
- waga pędzla (w tym szczotka do przechowywania urządzeń): 454±10 g (zgodnie z ASTM D 2486), 135 ± 1 g (zgodnie z ISO 11998)
- przemieszczenie : nie mniej iż 300mm
- częstotliwość w zakresie od 5 ~ 95 razy / min (regulowana)
- zakres zliczania nie mniejszy niż : 0 ~ 9,999
- moc silnika nie mniej niż 25W
- zasilanie: 1 faza, 220V ; 50/60 Hz
- pojemność zbiornika na wodę nie mniejsza ni 1l

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju
Róża Woźniak-Wróblewska

Dostawa powinna zawierać:

Urządzenie główne przystosowane do powtarzalnych pomiarów w kontrolowanych warunkach wytrzymałości powłok na mycie i szorowanie.

Certyfikat CE i instrukcję obsługi w języku polskim

Warunki udziału w postępowaniu

Potencjalny dostawca musi:

- Udokumentować, iż w okresie bieżącego roku oraz 3 ostatnich lat kalendarzowych zrealizował co najmniej 3 dostawy sprzętu na kwotę co najmniej 50 tys. zł netto każda.
- Objąć urządzenie gwarancją przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.
- Ująć w swojej ofercie dostawę oraz profesjonalny montaż urządzenia u Zamawiającego.
- Ująć w swojej ofercie szkolenie z zakresu obsługi oferowanego urządzenia.
- Ująć w swojej ofercie obsługę serwisową oferowanego urządzenia przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy oraz przedstawić szczegółowe warunki serwisu pogwarancyjnego.
- Zagwarantować realizację zamówienia w 4 tygodnie od podpisania umowy.

Kryteria oceny oraz sposób ich stosowania

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte na korzyść oferenta, który przedstawi najniższą cenę netto w PLN.

Informacje na temat zakresu wykluczenia

Zgodnie z Zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

beneficjent ma obowiązek wykluczenia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego

Wykaz dokumentów oraz oświadczeń

Termin związania z ofertą upływa po 15 dniach licząc od terminu składania ofert.

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju
Wroblewska
Róża Woźniak-Wróblewska