



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Megaron S.A.
ul Pyrzycka 3e,f
70-892 Szczecin

Szczecin 04.09.2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień systemów ociepleniowych ETICS oraz zamontowanego systemu LARWK – Zadanie 2 Wydatek 13 w ramach projektu pn. Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.

Przedmiotem zamówienia jest:

Stanowisko do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień systemów ociepleniowych ETICS oraz zamontowanego systemu LARWK

Aparatura do badań: reakcji na ogień systemów ociepleniowych ETICS oraz zamontowanego systemu LARWK (tj. zestawów do wykonywania powłokowych pokryć dachowych nanoszonych w postaci płynnej) zgodnie z normą PN – EN 13501 – 1+A1:2010 oraz PN-EN ISO 11925-2:2010

- Możliwość określania klas palności: B, C, D, E

- Wyposażenie stanowiska:

1) komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

2) źródło podpalania

3) uchwyty do mocowania i zawieszania próbek

4) wzorzec do sprawdzania wielkości płomienia

- Palnik gazowy z regulacją wielkości płomienia przez zastosowanie precyzyjnego zaworu igłowego ustalającego stały wydatek gazu

- Palnik gazowy z modułem zabezpieczającym przed cofaniem płomienia

- Regulacja wielkości płomienia w pozycji pionowej, a następnie płynne przestawienie kąta nachylenia palnika do pozycji, w której jest przeprowadzane badanie

- Sprawdzanie prawidłowości położenia próbki względem płomienia za pomocą ogranicznika palnika

- Swobodny ruch palnika od i do próbki

- Możliwość prowadzenia obserwacji zachowania się badanej próbki w trakcie oddziaływania płomienia przez zastosowanie bezpiecznej szyby

- Objętość komory spalania nie gorsza niż: 0,22 cm³

- Aparatura wyposażona w cyfrowy anemometr do regulacji szybkości przepływu powietrza w komorze

- Rozdzielczość anemometru nie gorsza niż: ±0,1 m/s

- Dokładność anemometru nie gorsza niż: ±5%

- Świadectwo wzorcowania anemometru

- Dodatkowy uchwyt do materiałów sypkich zgodny z normą ISO 11925-2:2010

- Ściany zewnętrzne komory wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej farbą proszkową

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: **37 878,00 zł.**

Ustalenie wartości zamówienia dokonywano w 2018r. na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.: notatki służbowe, oraz oferty handlowe, oferty ze stron www.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 30.07.2018 na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl

la

Do upływu terminu składania ofert, tj. 29.08.2018 godz. 23:59:59 złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1	Spectro-Lab	28.08.2018
2	Testlab	28.08.2018
3	Klimatest Trzynadlowski i Wspólnicy Sp.j.	29.08.2018
4	ToRoPol Sp. zo.o	29.08.2018
5	LAB-TRADE Sp.zo.o	29.08.2018

Złożone oferty stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu.
Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Zgodność oferty z zapytaniem (TAK/NIE)	Spełnienie przez wykonawcę dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (TAK/NIE)	Oferta cenowa PLN
1	Spectro-Lab	TAK	TAK	TAK	46700,00
2	Testlab	TAK	TAK	TAK	66682,00
3	Klimatest Trzynadlowski i Wspólnicy Sp.j.	TAK	TAK	TAK	70566,00
4	ToRoPol Sp. zo.o	TAK	TAK	TAK	44956,00
5	LAB-TRADE Sp.zo.o	TAK	TAK	TAK	27800,00

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

LAB-TRADE Sp.zo.o
al. Szucha 8
00-582 Warszawa, Polska

za cenę **27 800,00 zł netto**.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Firmy LAB-TRADE Sp.zo.o została wybrana z powodu najniższej ceny za oferowany sprzęt w porównaniu z pozostałymi Firmami biorącymi udział w postępowaniu.

Postępowanie prowadził: Lidia Białończyk

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

Szczecin 04.09.2018

ZATWIERDZAM

MEGARON S.A.
Prezes Zarządu

Piotr Sikora

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju
Róża Woźniak-Wróblewska