



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Megaron S.A.
ul Pyrzycka 3e,f
70*892 Szczecin

Szczecin 04.08.2017

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Połyskomierz (Zadanie 2 Wydatek 1) oraz urządzenie do badań szorowalności (Zadanie 2 Wydatek 2).

Specyfikacja techniczna:

Połyskomierz - Aparatura potrzebna do określenia połysku zwierciadlanego farb zewnętrznych oraz wewnętrznych zgodnie z normą PN-EN ISO 2813:2001

Urządzenie powinno zapewniać:

- 1 niezależny symultaniczny pomiar dla jednego, dwóch lub trzech kątów
- 2 pomiar wszystkich rodzajów warstw i powierzchni takich jak farby, lakiery, tusze drukarskie, materiały dekoracyjne typu: marmur, granit, cegła polerowana, dachówka ceramiczna itp.
- 3 pomiar na powierzchniach metalicznych i niemetalicznych i obiektach takich jak plastik, tworzywa sztuczne, wyroby drewniane, papier, itp.
- 4 Zgodny z normami: DIN 67530, ISO2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, JIS Z8741, BS 3900, BS 6161
- 5 Automatyczną kalibrację
- 6 Symultaniczne wyświetlanie dla kątów: 20°, 60°, 85°
- 7 Pamięć wyników do minimum 10000 pomiarów lub 999 grup pomiarowych
- 8 Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
- 9 Zakres pomiarowy nie mniejszy niż 0 - 199.9 – 2000.0 GU
- 10 Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1 GU
- 11 Powierzchnia pomiarowa dla poszczególnych kątów nie mniejsza niż 9x10mm, 9x16mm, 5x39mm

Dostawa powinna zawierać:

Urządzenie główne przystosowane do pomiarów dla powierzchni błyszczących i matowych , kąty 20°, 60°, 85° z automatyczną kalibracją, wyświetlaczem i oprogramowaniem do obsługi danych, przesyłania informacji do jednostki komputera i okablowaniem.

Certyfikat CE i instrukcję obsługi w języku polskim

Urządzenie do badań szorowalności - Aparatura potrzebna do oceny odporności farb na szorowanie na mokro zgodnie z normą PN-EN ISO 11998:2002

Urządzenie powinno zapewniać:

- szybkie i łatwe ładowanie i rozładowywanie próbek testowych oraz wymianę głowicy ścierniej
- możliwość automatycznego zatrzymania po osiągnięciu ustawionych parametrów
- specyfikacja pędzla: szczotka z pędzlem nylonowym w układzie 5/4, rozciągająca się o 19 mm od bloku.
- waga pędzla (w tym szczotka do przechowywania urządzeń): 454±10 g (zgodnie z ASTM D 2486), 135 ± 1 g (zgodnie z ISO 11998)
- przemieszczenie : nie mniej iż 300mm
- częstotliwość w zakresie od 5 ~ 95 razy / min (regulowana)
- zakres zliczania nie mniejszy niż : 0 ~ 9,999
- moc silnika nie mniej niż 25W



- pojemność zbiornika na wodę nie mniejsza ni 1l

Dostawa powinna zawierać:

Urządzenie główne przystosowane do powtarzalnych pomiarów w kontrolowanych warunkach wytrzymałości powłok na mycie i szorowanie.

Certyfikat CE i instrukcję obsługi w języku polskim

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: **38 024,23 zł.**

Ustalenia wartości zamówienia dokonywano w 2017. r. na podstawie aktualnych ofert cenowych przedmiotu zamówienia z maja 2017r.

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.:notatki służbowe, oraz oferty handlowe.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 06.07.2017 na stronie internetowej www.megaron.com

Do upływu terminu składania ofert, tj. 15.07.2017 godz. 12:00:00 złożono następujące oferty:

L.p	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1	Testlab	7.07.2017

Z racji niewystarczającej ilości ofert rozesłano kolejne do potencjalnych dostawców.

Na zapytanie przesłane drogą mailową odpowiedziały następujące firmy:

L.p	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1	Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp.zo.o.	21.07.2017
2	Przedsiębiorstwo usług technicznych TEST Sp.zo.o.	23.07.2017

Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp	Nazwa wykonawcy	Zgodność oferty z zapytaniem (TAK/NIE)	Spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (TAK/NIE)	Oferta cenowa PLN
1	Testlab	TAK	TAK	TAK	36 685,00
2	EUROTOM Sp. zo.o.	TAK	TAK	TAK	36 637,00
3	TEST Sp. zo.o.	TAK	TAK	NIE	-

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe EUROTOM Sp.zo.o

ul. Wąwozowa 1kl, II

02-796 Warszawa, Polska

za cenę **36 637 zł netto.**

Uzasadnienie wyboru:

Firma TEST nie przedstawiła dokumentacji uwierzytelniającej jej działalność na rynku, dlatego została wykluczona. Firma Eurotom zaproponowała najbardziej ekonomiczną ofertę.

Postępowanie prowadził: Róża Woźniak-Wróblewska

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

Szczecin 04.08.2017

ZATWIERDZAM

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju
Róża Woźniak-Wróblewska
Róża Woźniak-Wróblewska

MEGARON S.A.
Prezes Zarządu

Piotr Sikora
Piotr Sikora

MEGARON S.A.
70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 3 e,1
tel. (+48 91) 46 64 540 (3)
Regon 810403202 NIP 852-05-08-938