



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Megaron S.A.
ul. Pyrzycka 3e,f
70-892 Szczecin

Szczecin 28.11.2018

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stół antywibracyjny - Zadanie 4 Wydatek 2 oraz Stoły laboratoryjne (7 szt) - Zadanie 4 Wydatek 3 w ramach projektu pn. Zakup aparatury B+R w celu uruchomienia długofalowego programu badań nad właściwościami technicznymi oraz jakością nowych produktów MEGARON S.A.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Stół antywibracyjny (Zadanie 4 Wydatek 2 ww. Projektu)

Specyfikacja techniczna:

- Stół antywibracyjny jednostanowiskowy do prawidłowej pracy mikroskopu optycznego z szafką pomocniczą do przechowywania akcesoriów
- Stół zwiększający stabilność podstawy mikroskopu i odporność na wibracje wywoływane ruchem kołowym w sąsiedztwie siedziby laboratorium
- Błat oraz płyta wagowa wykonana z monolitycznego granitu lub konglomeratu kwarcowo – granitowego
- Kolor blatu: szary
- Wymiary stołu: 1200 mm (szer.) x 750 mm (gł.) x 900 mm (wys.)
- Wymiary płyty wagowej minimum: 400x400 mm
- Kolor stelaża stołu laboratoryjnego: szary
- Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej
- Płyta stołu zamontowana na 4 tłumikach (wibroizolatorach) drgań eliminujących wszelkie wstrząsy i drgania generowane przez inne urządzenia znajdujące się w laboratorium lub przenoszone przez podłoże, mogące mieć wpływ na pracę urządzeń
- Stopki umożliwiające regulację stołu w pionie i poziomie
- Maksymalne obciążenie płyty granitowej minimum: 50 kg

2. Stół laboratoryjny (Zadanie 4 Wydatek 3 ww. Projektu)

Specyfikacja techniczna:

- Sprzęt niezbędny do ustawienia na nim aparatury badawczej zakupywanej w ramach projektu
- Ilość stołów: 7 sztuk
- Stoły w odmianie przyściennych z szafkami umieszczonymi pod stołami
- Wymiary stołów:
 - 1) Długość stołów: 1800 mm (7 sztuk)
 - 2) Głębokość wszystkich stołów standardowa: 750 mm
 - 3) Wysokość stołów: 900 mm (stoły przeznaczone do pracy stojącej)
- Stopki umożliwiające dokładne wypoziomowanie oraz regulację wysokości stołu w minimalnym zakresie: -20 do +20 mm
- Modułowa konstrukcja nośna pozwalająca na tworzenie dowolnie długich stołów roboczych
- Kolor stelaża stołu laboratoryjnego: szary
- Stelaż malowany proszkowo farbą gwarantującą wysoką odporność chemiczną oraz trwałość koloru (odporność na promieniowanie UV)

- Stelaż stołu wzmocniony
- Rodzaj blatu: konglomerat kwarcowo – granitowy (kompozyt kwarcowo – granitowy z domieszką żywicy poliestrowej)
- Kolor blatu: szary
- Minimalna grubość blatu: 20 mm
- Obrzeże blatu: proste
- Minimalne dopuszczalne obciążenie: 120 kg
- Szafki zamontowane pod stołami na stałe
- Szczegółowe konfiguracje wyposażenia stołów:
szafka pojedyncza z trzema szufladami oraz szafka pojedyncza zamykana z dwoma półkami
- Wymiary szafek: dopasowane do wysokości stołów o długości 1800 mm
- Korpus szafki oraz front szafki w kolorze szarym
- Wszystkie stoły wyposażone w nadstawki nablutowe o długości 1800 mm z dwoma półkami laminowanymi o szerokości 200 mm z panelem elektrycznym (minimum 4 gniazda elektryczne w każdej nadstawce)

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę: **30822,40zł netto**

Ustalenia wartości zamówienia dokonywano w 2018r. na podstawie aktualnych średnich cen rynkowych przedmiotu zamówienia.

Dokumenty źródłowe potwierdzające dokonanie oszacowania wartości zamówienia, tj.: notatki służbowe, oraz oferty handlowe, oferty ze stron www.

Ponowne zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 14.11.2018 na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjności.gov.pl

Do upływu terminu składania ofert, tj. 23.11.2018 godz. 23:59:59 złożono następujące oferty:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Data wpływu oferty do zamawiającego
1	PROLAB Jacek Podufalski	21.11.2018
2	DANLAB	23.11.2018
3	TAWO Tadeusz Flieger	23.11.2018

Złożone oferty stanowią załączniki nr 1 do niniejszego protokołu mogą zostać udostępnione na prośbę zainteresowanych stron.

Oferty zostały poddane ocenie w zakresie następujących kryteriów, określonych w zapytaniu ofertowym:

Lp.	Nazwa wykonawcy	Zgodność oferty z zapytaniem (TAK/NIE)	Spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zakazu udzielania zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE)	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę (TAK/NIE)	Oferta cenowa PLN
1	PROLAB Jacek Podufalski	TAK	TAK	TAK	35450,00
2	DANLAB	TAK	TAK	TAK	46960,00
3	TAWO Tadeusz Flieger	TAK	TAK	TAK	32150,00




W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Tawo Tadeusz Flieger
ul. Grochowska 12
60-277Poznań Polska

za cenę **32 150zł netto**

Uzasadnienie wyboru:

Oferty Firm PROLAB oraz DANLAB nie zostały wybrane z powodu wyższej ceny w porównaniu z Firmą Tawo Tadeus Flieger, która zaoferowała zdecydowanie niższą cenę.

Postępowanie prowadził: Róża Woźniak-Wróblewska

Oświadczam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, wydatki dokonane zostaną w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku oraz uczciwej konkurencji.

Szczecin 28.11.2018

MEGARON S.A.
70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 3 e,f
tel. (+48 91) 46 64 540 (3)
Regon 810403202 NIP 852-05-08-938

ZATWIERDZAM

MEGARON S.A.
Prezes Zarządu

Piotr Sikora

MEGARON S.A.
Z-ca Dyrektora Badań i Rozwoju
Wróblewska
Róża Woźniak-Wróblewska